

5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе устройства индикации в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и направлен в адрес предприятия-изготовителя.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ -ИЗГОТОВИТЕЛЯ :

69104 г. Запорожье а/я 5995 тел. (0612) 953783,
(0612) 955251.

E-mail: m_texpro@a-teleport.com

Web: www.texpro.com.ua

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества устройства индикации ТЭ-1 требованиям технических условий при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, указаний по монтажу, а также при отсутствии механических повреждений.


Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

В пределах гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает безвозмездное восстановление работоспособности ТЭ-1 в случае его отказа. В послегарантийный период эксплуатации все работы, необходимые для восстановления ТЭ-1, проводятся за счет предприятия-потребителя.

7 ПОВЕРКА ПРИБОРА

Дата поверки	Подпись поверителя

Дата поверки	Подпись поверителя




УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ

ТЭ-1

ФОРМУЛЯР

ААРЛ.402233.003ФО



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение изделия ААРЛ.402233.003
Наименование Устройство индикации
ТЭ-1
Дата выпуска 23 января 2015 г.
Заводской номер 151002

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Значение	Примечание
Напряжение питания, В	18 - 31,2	
Диапазон измерения, об/мин	1-4000	
Класс точности	0,5	
Мощность потребления, Вт, не более	3	
Коэффициент тахометра	2	Отношение частоты вращения вала дизеля к частоте вращения вала датчика
Уставки, об/мин		
1	500	
2	1350	
3	1700	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение документа	Наименование	Кол.	Зав. номер
ААРЛ.402233.003	Устройство индикации ТЭ-1	1	151002
ГЕО.364.126ТУ	Розетка 2РМТ24КПН19Г1В1В	1	
ГОСТ 17473-80	Винт В.М3-6дх8.48.016	3	
ГОСТ 11371-78	Шайба А3.04.019	3	
ГОСТ 6402-70	Шайба 3.65Г.019	3	
ААРЛ.402233.003ФО	Формуляр	1	
ААРЛ.402141.001ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство индикации ТЭ-1 № 151002 соответствует техническим условиям ААРЛ.402141.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 23.01.15

Проверку произвел _____

